

乳糖測定キット



内 容

試薬 A 液：30 mL
試薬 B 液：30 mL
標準液 (100 mg/L)：1.5 mL

測定回数

60 回

使用目的

試料中の乳糖含有量の測定




保存条件 冷蔵

販売価格 77,000 円 (税込・送料別)




使用期限 箱側面に記載

測定原理

Step1：試料中に共存するグルコースおよびアスコルビン酸の影響を除去する。



Step2： β -ガラクトシダーゼが乳糖をグルコースとガラクトースに加水分解する。カタラーゼを阻害する。グルコースオキシダーゼがグルコースを酸化し、乳糖と同じモル当量で生成する過酸化水素による縮合生成物が青紫色に呈色 (555 nm) する。




試料および標準液

- ・試料は、乳糖がおおよそ 20 ～ 600 mg/L の範囲に、グルコースが 1000 mg/L 未満になるように調製する。(注意事項 5 参照)
- ・標準液は、キットに付属している 乳糖標準液 (100 mg/L) をそのまま使用する。

測定手順 (当社 LED 比色計を使用した場合)


- (1) 標準液と試料をそれぞれ 0.05 mL ずつディスポセルに入れ、各セルに試薬 A 液 0.5 mL を添加し軽く振り混ぜ、室温で 20 分間反応させる。(Step1)
- (2) 試薬 B 液 0.5 mL を添加し軽く振り混ぜ、室温で 10 分間反応させる。(Step2)
- (3) 水と標準液の発色液で校正した LED 比色計で、乳糖濃度を測定する。




注意事項

1. A 液と B 液は、冷蔵庫で保存して下さい。
2. 測定する時は、A 液と B 液を室温に戻してから使用して下さい。A 液と B 液が冷たいまま使用しないで下さい。
3. 本測定法はエンドポイント法ですが、B 液添加後の時間 (10 分) をきちんと管理することで、より正確な測定ができます。
4. アスコルビン酸 (ビタミン C) 以外の強い還元性物質を多量に含む試料は測定できません。
5. グルコースを 1000 mg/L 以上含む試料は希釈するか、A 液の反応時間を延長してください。


タイムコース





検量線



特異性



乳製品の乳糖測定
(HPLCとの相関)



乳糖簡易測定セット「あまミエール / 乳糖」

測定キット(試薬)、LED比色計、測定に必要な小器具がセットになった商品

セット内容

乳糖測定キット1箱、LED比色計1台、付属品一式

【付属品内容】 試料採取用ピペット&チップ・試薬A液及び試薬B液採取用シリンジ
予備シリンジ・希釈管・水採取用スポイト・セル・セル立て

販売価格

110,000 円(税込・送料別)



お問い合わせ・ご購入はこちら

◀ ホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

<https://enzyme-sensor.net>

株式会社エンザイム・センサ

ENZYME
SENSOR