

発行日 2014年 6月 2日

管理 No. VK-0033260

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 Customer 大阪マイクロコンピュータ株式会社 様
製品名 Item HM70 ハンディタイプ湿度温度計
型式 Model MI70 / HMP76
製造番号 Serial No. F4940028 / G0540001
校正日 Date 2014年 5月 22日

本製品は、品質保証国際規格 ISO9001 に適合した品質マネジメントシステムのもと、定められた当社の校正基準に従い校正を行いました。

本校正に使用した標準器は産業技術総合研究所をはじめとする研究所の標準及びそれらの研究所によって認定されている校正機関や、計量標準供給制度における登録事業者であるヴァイサラ株式会社アフターセールス校正室、又、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

作業用標準器一覧

名称	型名	試験依頼先	試験成績書番号	試験年月日
1. 電子式湿度計	HMT337/RH	JCSS/0123	J14-0007	2014-03-20
2. 電子式温度計	HMT337/T	FINAS	K008-W01806	2013-10-16
3. 電子式湿度計	HMT337/RH	JCSS/0123	J14-0008	2014-03-20
4. 電子式温度計	HMT337/T	FINAS	K008-W01807	2013-10-16
5. データ収集 DMM	HP34970A	JCSS/0100	1309541957176412	2013-09-12
6. デジタルマルチメータ	HP34410A	JCSS/0100	1312558750031012	2013-12-13
7. リファレンスレジスタ	Reference resistor	Vaisala/MSL	W00702	2013-05-23

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-42

株式会社
ヴァイサラ株式会社

TEL : 03-3266-9611 FAX : 03-3266-9610



校正証明書

依頼者 大阪マイクロコンピュータ株式会社 様
 製品名 MI70 indicator, HMP76 Humidity and Temperature Probe
 製造番号 F4940028 (MI70) ,G0540001 (HMP76)
 製造者 ヴァイサラ Oyj
 校正日 22nd May 2014

上述の製品は、相対湿度と温度指示値を2台の作業標準器によって比較校正されました。

出荷時において、本製品は仕様を満足しています。

相対湿度計測における2台の作業標準器は JCSS 登録事業者であるヴァイサラ社アフターセールス校正室にて校正されています。
 温度計測における2台の作業標準器はヴァイサラ Oyj 計測標準室 MSL の米国国立標準研究所 NIST にトレーサブルな作業標準器にて校正されています。温度校正において、計測標準室 MSL は ISO/IEC17025 規格によって FINAS より認定されています。

相対湿度校正結果

湿度標準値* %RH	湿度計測値 %RH	器差 %RH	合格限界 %RH
11.0	11.0	0.0	±1.0
33.4	33.8	+0.4	±1.0
54.3	54.9	+0.6	±1.0
75.4	75.5	+0.1	±1.0
90.4	90.1	-0.3	±1.7

温度校正結果

温度標準値* °C	温度計測値 °C	器差 °C	合格限界 °C
+23.6	+23.6	0.0	±0.2

*2台の標準器の平均値

校正に使用した機器

型式	製造番号	校正日	証明書番号
Vaisala HMT337 / RH	H1850103	2014-3-20	J14-0008
Vaisala HMT337 / RH	H1850101	2014-3-20	J14-0007
Vaisala HMT337 / T	H1850103	2013-10-16	K008-W01807
Vaisala HMT337 / T	H1850101	2013-10-16	K008-W01806

試験環境

湿度 46 ±5 %RH
 温度 24 ±3 °C
 気圧 1006 ±2 hPa

試験者 Toshihiko Aman

ヴァイサラの承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

doc212145-d

トレーサビリティ体系図

