

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 Customer 大阪マイクロコンピュータ株式会社 様
 製品名 Item HM70 ハンディタイプ湿度温度計
 型式 Model MI70 / HMP76
 製造番号 Serial No. F4940028 / G0540001
 校正日 Date 2015年6月16日

本製品は、品質保証国際規格 ISO9001 に適合した品質マネジメントシステムのもと、定められた当社の校正基準に従い校正を行いました。

本校正に使用した標準器は産業技術総合研究所をはじめとする研究所の標準及びそれらの研究所によって認定されている校正標準や、計量標準供給制度における登録事業者であるヴァイサラ株式会社アフターセールス校正室、又特定分野においては計測器メーカーを經由し、前述の校正標準、または国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器一覧

名称	型名	試験依頼先	試験成績書番号	試験年月日
1. 白金測温抵抗体	NSR-230/1502A	FINAS	K008-Y00478	2015-04-21
2. 高精度圧力校正器	PPC4	FINAS	K008-Y00436	2015-03-10
3. 電流電圧発生器	2553	横河マニフアクチャリング	C2015-03-00290	2015-03-05
4. デジタルマルチメータ	7562	JEMIC	011-143352-100	2014-08-04

作業用標準器一覧

名称	型名	試験依頼先	試験成績書番号	試験年月日
1. 光学式露点計	M2-1211H	JCSS/0123	J15-0021	2015-06-09
	T-100	ヴァイサラ	VK-0034123	2014-09-26
2. 二重管精密温度計	No.0	東亜計器	第 140068 号	2014-04-16
3. 二重管精密温度計	No.1	東亜計器	第 140008 号	2014-01-23
4. 二重管精密温度計	No.2	東亜計器	第 140069 号	2014-04-16
5. デジタル気圧計	PTB220	FINAS	K008-Y00680	2015-04-14
6. デジタルマルチメータ	34410A	デジタル・テクノロジー	1412635710355712	2014-12-08

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-42

ヴァイサラ株式会社

TEL : 03-3266-9611 FAX : 03-3266-9610



校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 Customer 大阪マイクロコンピュータ株式会社 様
製品名 Item HM70 ハンディタイプ湿度温度計
型式 Model MI70 / HMP76
製造番号 Serial No. F4940028 / G0540001

本製品は、品質保証国際規格 ISO9001 に適合した品質システムのもと、定められた当社の校正基準に従い校正を行いました。

本校正に使用した作業標準器は、ヴァイサラ社計測標準室MSLの米国標準局NISTにトレーサブルな作業標準器にて校正されています。温度校正において、MSLはISO/IEC 17025規格によってFINAS より認定されています。

1) 温度 Temperature (°C)

温度基準値 °C	温度計測値 °C	器差 °C	許容値 ±°C
4.9	4.9	0.0	±0.3
10.0	9.9	-0.1	±0.2
15.0	15.0	0.0	±0.2
20.0	20.0	0.0	±0.2
25.0	25.0	0.0	±0.2
30.0	30.0	0.0	±0.2
35.0	35.0	0.0	±0.2
40.0	40.0	0.0	±0.3
45.0	45.0	0.0	±0.3

試験環境 : 46.0%RH、24.9°C

照合用標準器 Preliminary standard

1502A/NSR230 Thermometer/PT100 temperature sensor

S/N A2B992/NS-02079 (校正証明書 K008-Y00478)

校正日 Date 2015年6月16日

校正者 Inspector 

Tomoyuki Sasaki

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 6-42

ヴァイサラ株式会社

TEL : 03-3266-9611 FAX : 03-3266-9610

トレーサビリティ体系図

