

## 機器サポートサービスパンフレット2024 エンドトキシン測定関連装置

### CONTENTS

トキシノメーター® ET-7000 / ET-6000	1
サーモステーションTS-37S/24	1
トキシノメーター® ET-Mini	2
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (EPOCH2)	2
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)	3
IQOQサービス料金表/エリア区分	4

### トキシノメーター® ET-7000 / ET-6000 ※1

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認</li> <li>・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認</li> <li>・システム構成確認 ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>
OQサービス※2 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認 ・初期動作確認</li> <li>・温度制御機能確認 (37℃) ・光学系性能確認</li> <li>・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認※4</li> <li>・タイムコース確認 ・演算処理機能確認※4 ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>
年間保守サービス※3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸出し</li> <li>・修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く)</li> </ul> サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

※1 トキシノメーター® ET-6000は、保守対応期限の2026年6月をもちましてIQOQ・OQサービス/年間保守サービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

※2 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※3 年間保守サービスの費用については、別途お問い合わせください。

※4 装置制御ソフトウェアがToximaster® FQC1の場合は、IQOQ/OQサービスのタイマー精度確認と演算処理機能確認の実施項目はありません。

### サーモステーションTS-37S/24

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認</li> <li>・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認</li> <li>・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認 ・初期動作確認</li> <li>・温度制御機能確認 (37℃) ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>

※1 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

## トキシノメーター® ET-Mini

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認</li> <li>・外観検査 ・接続確認</li> <li>・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認</li> <li>・システム構成確認 ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認 ・初期動作確認</li> <li>・温度制御機能確認 (37℃) ・光学系性能確認</li> <li>・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認</li> <li>・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>
年間保守サービス※2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸し出し</li> <li>・修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く。)</li> </ul> サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

※1 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※2 年間保守サービスの費用については、別途お問い合わせください。

## マイクロプレートリーダーエンドトキシノ測システム (EPOCH2)

### ソフトウェア

### 装置

#### 富士フイルム和光純薬株式会社

#### アジレント・テクノロジー株式会社

Toximaster® FQC1

トキシマスター® QC8 MPR ER/ES

プレートリーダー-EPOCH2

IQOQサービス※1 (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認</li> <li>・環境温度確認</li> <li>・納入物品確認</li> <li>・外観検査</li> <li>・接続確認</li> <li>・装置状態、設置状態確認</li> <li>・初期動作確認</li> <li>・システム構成確認</li> <li>・トレーサビリティ証明書</li> <li>・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>	IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	プレートリーダー本体の性能 検査は、アジレント・テクノ ロジー社により別途IQOQ サービスをご提供いたします。 費用については、別途お問い 合わせください。
OQサービス※2※3 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認</li> <li>・初期動作確認</li> <li>・タイムコース確認※4</li> <li>・演算処理機能確認※4</li> <li>・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>	OQサービス (稼働性能適格性検査)	

◎ ソフトウェアの点検と装置の点検は、同時発注をお願いいたします。

※1 Toximaster® FQC1・トキシマスター® QC8 MPR IQOQサービスは、プレートリーダー-EPOCH2 IQOQサービスと合わせてご依頼ください。

※2 Toximaster® FQC1・トキシマスター® QC8 MPR OQサービスは、プレートリーダー-EPOCH2 OQサービスと合わせてご依頼ください。

※3 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※4 装置制御ソフトウェアがToximaster® FQC1の場合は、IQOQ/OQサービスのタイムコース確認と演算処理機能確認の実施項目はありません。

## マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) ※1 ※2

	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認 ・装置状態/設置状態確認</li> <li>・システム構成確認 ・初期動作確認</li> <li>・BioTek ELx808IUプレートリーダーIQ ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>
OQサービス※3 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認、システム構成確認</li> <li>・温度制御機能確認 (37℃) ・タイマー精度確認</li> <li>・演算処理機能確認 ・システム通信制御確認</li> <li>・BioTek ELx808IUプレートリーダーOQ ・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>

※1 本IQOQ及びOQサービスは、2024年12月までの提供となります。2025年1月以降の提供については別項を参照ください。

※2 MPRエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) の販売は、終了しております。2026年7月をもちましてIQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

※3 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

## マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) ※1 2025年1月以降の提供

### ソフトウェア

### 装置

富士フイルム和光純薬株式会社		アジレント・テクノロジー株式会社	
トキシマスター® QC7・QC7ER/ES・QC8ER/ES MPR		プレートリーダー BioTek ELx808IU	
IQOQサービス※2 (設置時適格性検査、稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置場所確認</li> <li>・環境温度確認</li> <li>・納入物品確認</li> <li>・外観検査</li> <li>・接続確認</li> <li>・装置状態、設置状態確認</li> <li>・初期動作確認</li> <li>・システム構成確認</li> <li>・トレーサビリティ証明書</li> <li>・IQドキュメント</li> <li>・OQサービス実施</li> </ul>	IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働性能適格性検査)	プレートリーダー本体の性能検査は、アジレント・テクノロジー社により別途IQOQサービスをご提供いたします。費用については、別途お問い合わせください。
OQサービス※3※4 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観、設置環境確認</li> <li>・初期動作確認</li> <li>・タイムコース確認</li> <li>・演算処理機能確認</li> <li>・トレーサビリティ証明書</li> <li>・OQドキュメント</li> </ul>	OQサービス (稼働性能適格性検査)	

◎ ソフトウェアの点検と装置の点検は、同時発注をお願いいたします。

※1 MPRエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) の販売は、終了しております。2026年7月をもちましてIQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

※2 トキシマスター MPR IQOQサービスは、プレートリーダーBioTek ELx808IU IQOQサービスと合わせてご依頼ください。

※3 トキシマスター MPR OQサービスは、プレートリーダーBioTek ELx808IU OQサービスと合わせてご依頼ください。

※4 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

## IQOQサービス（設置時バリデーションなど）

機種	エリア	希望納入価格
トキシノメーター® ET-6000/7000/Mini トキシマスター® QC8 MPR ER/ES (EPOCH2) マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) <sup>※1</sup>	A	¥270,000
	B	¥220,000
	C	¥210,000
	D	¥200,000
プレートリーダー-EPOCH2・BioTek ELx808IU <sup>※2</sup>	全て	照会
サーモステーションTS-37S/24	A	¥195,000
	B	¥145,000
	C	¥135,000
	D	¥125,000

※1 2024年12月までの提供となります。

※2 2025年1月以降のBioTek ELx808IU IQOQサービス提供は、ソフトウェアを富士フイルム和光純薬株式会社が提供し、装置をアジレント・テクノロジー株式会社が提供させていただきます。

MPRエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)の販売は、終了しております。  
2026年7月をもちましてIQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

## OQサービス（2年目以降の定期点検など）

機種	エリア	希望納入価格 (1システム) <sup>※1</sup>	希望納入価格 (2システム) <sup>※2</sup>
トキシノメーター® ET-6000/7000/Mini トキシマスター® QC8 MPR ER/ES (EPOCH2) マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) <sup>※3</sup>	A	¥220,000	¥340,000
	B	¥170,000	¥290,000
	C	¥160,000	¥280,000
	D	¥150,000	¥270,000
プレートリーダー-EPOCH2・BioTek ELx808IU <sup>※4</sup>	全て	照会	照会
サーモステーションTS-37S/24	A	¥170,000	¥240,000
	B	¥120,000	¥190,000
	C	¥110,000	¥180,000
	D	¥100,000	¥170,000

※1 1システムとは、1台のパソコンとそのパソコンのUSBポートに接続される全てのモジュールを含みます。

※2 同一施設で同一日に実施の場合に適用となります。ただし、ET-6000/7000においてモジュールの合計が8台を超える場合は適用されません。

※3 2024年12月までの提供となります。

※4 2025年1月以降のBioTek ELx808IU OQサービス提供は、ソフトウェアを富士フイルム和光純薬株式会社が提供し、装置をアジレント・テクノロジー株式会社が提供させていただきます。

## エリア区分

エリア	該当地域	都道府県
A	北海道、沖縄	北海道、沖縄
B	東北、九州	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
C	北陸、甲信、東海、 中国、四国	静岡、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、 岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、高知、徳島
D	関東、近畿	東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

●お問い合わせ

[TEL]受付時間/10:00~16:30(土・日・祝日除く) [FAX]24時間受付  
大阪 06-6203-3819 大阪 06-6201-5965  
東京 03-6225-2130 東京 03-3270-8582

●製品情報

測定装置、試薬については弊社ホームページをご覧ください。

Wako LALシステム

検索 🔍

※2024年4月現在のサービス内容、価格となります。掲載の内容は予告なく変更となる場合があります。

Refr...2~10℃保存 F...-20℃保存 -80...-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
特定 毒物 劇物 毒物 劇物 劇物 毒薬 劇薬 危険物 向精神薬 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法  
化審法 第一種特定化学物質 化審法 第二種特定化学物質 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化学兵器禁止法 第二種指定物質  
覚せい剤取締法...「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。  
国民保護法...生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。  
上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (https://labchem-wako.fujifilm.com)をご参照下さい。

●本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。  
●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

# 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099  
試薬URL : https://labchem-wako.fujifilm.com

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■富士フイルム和光(香港)有限公司  
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■富士フイルム和光(広州)貿易有限公司  
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)